



Resposta 17/09/2020 14:03:55

Resposta ao 3º Pedido de Esclarecimento: Conforme verificado no setor requisitante, os tipos de acionamento deverão ser apresentados conforme especificação indicadas no edital, ou seja, deverá possuir tipo de acionamento duplo: controle remoto com fio e comando nas grades e peseira. Respeitosamente, Mayara Padula Gomides – Pregoeira.